

**FICHA TÉCNICA –
Pinça de Biópsia Endoscópica**



Produto: Pinça de Biópsia Endoscópica Autoclavável



Indicação de Uso:

Utilizada coletar amostras de tecido do trato gastro intestinal através de procedimento endoscópico.

Classe do Produto: Classe I – Regra 6 – de acordo com RD185/2001 – ANVISA

Composição:

Pinças (conchas): Aço grau médico (DIN 1.4310 de acordo DIN 17440)

Espiral de metal: Aço grau médico (DIN 1.4310 de acordo DIN 17440)

Manopla: ABS

Dimensões:

Manopla – aproximadamente 8cm de comprimento

Espiral metálico – de 100 à 230cm

Ponta Distal – 3 à 5mm comprimento, 2,0mm de diâmetro

Abertura da concha oval: 6mm

Embalagem: A pinça de biópsia é acondicionada em embalagem
Única, acompanhada de um blister para acondicionar o espiral metálico da
pinça.

Método de Esterilização:

Óxido de Etileno -

Autoclave – 121 graus – 12 minutos –

Resistente a 50 ciclos de reprocessamento

Acompanha Manual de Instruções

Procedência: Suíça

Marca: Medpolly Medical Devices

RMS: 82523860010

Detentor Registro: BW Comercio Importação Ltda.

Características do Produto: Manopla ergonômica - Espiral metálico polido - Corte preciso
Tamanho da amostra adequado aos padrões brasileiros.

BW Comércio Importação Ltda. –

Rua Bragança, 45 – Santa Cruz Industrial – Contagem – MG – 32.340-510

Tel.: (31) 2342-4878 – Whatsapp: (31) 8327-4004 - comercial@bwmedical.com.br